ANLEITUNG FÜR DIE HOHE ZELLZAHL / HIGH SOMATIC CELL COUNT-KARTUSCHE (HiSCC)

Mastatest® Befüllen der Kartusche

1



Milchprobe nehmen
Nehmen Sie eine aseptische Milchprobe ohne Konservierungsmittel (siehe Anwender-Videos).

2

Kartusche auspacken
Ziehen Sie saubere Handschuhe an und nehmen Sie die Kartusche aus der Verpackung.

3



Befüllen mit der 1. Milchprobe
Nehmen Sie den Deckel von der Kartusche ab und achten Sie darauf, dass Sie die Innenseiten des Tests nicht berühren. Füllen Sie die 1. Milchprobe ein, bis alle Vertiefungen bedeckt sind.

4



Überschuss verwerfen (Milchprobe 1)
Gießen Sie die überschüssige Milch durch seitliches Kippen ab und verwerfen Sie den Überschuss. Stellen Sie sicher, dass keine Milch in die 2. Testkammer gelangt.

5



Befüllen mit der 2. Milchprobe
Füllen Sie die 2. Milchprobe in die 2. Kammer ein, bis alle Vertiefungen bedeckt sind.

6



Überschuss verwerfen (Milchprobe 2)
Gießen Sie die überschüssige Milch durch seitliches Kippen ab und verwerfen Sie den Überschuss. Stellen Sie sicher, dass keine Milch in die 1. Testkammer gelangt.

7



Deckel aufsetzen
Beachten Sie beim Aufsetzen, dass die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen und drücken Sie den Deckel fest nach unten.

8



Probe beschriften
Beschriften Sie die Kammern mit den Tierkennungen. Beachten Sie dabei die richtige Testkammer der 1. und 2. Milchprobe.

9



Probe klopfen
Klopfen Sie die Kartusche 2-3-mal kräftig auf einen harten Untergrund. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Luftblasen sichtbar sind.

10



Kartusche in Lapbox™ einsetzen
Legen Sie die Kartusche mit dem QR-Code nach unten in Richtung der Rückseite der Lapbox™ ein.

Mastatest® Test starten

11



Mastatest® Test starten
siehe unten stehend

1. Starten Sie das Gerät:

- Wählen Sie im Hauptmenü der Lapbox Start Mastatest ENTER.
- Wählen Sie einen freien Platz: Wenn der erste freie Platz verwendet werden soll, ENTER oder scrollen Sie ▶, um einen anderen Platz auszuwählen, bestätigen mit ENTER.

2. Wählen Sie einen Testtyp aus:

- für Klin. Kartuschen a. oder c.
- für HiSCC Kartuschen b. oder d.

a. Clinical ENTER oder
b. 1 x ▼ HiSCC ENTER oder
c. 2 x ▼ QuickCM ENTER oder
d. 3 x ▼ QuickSCC ENTER

HINWEIS: 2.a und 2.b sind BoxStart und WebStart Optionen.
2.c und **2.d** sind QuickStart Optionen.
Hier gehen Sie direkt zu Punkt 4.c .

3. Wählen Sie (wenn Clinical oder HiSCC gewählt wurde):

a. BoxStart ENTER oder
b. 1 x ▼ Webstart ENTER

4.a (wenn BoxStart gewählt wurde):

- Geben Sie die Kuhnummer ein (z.B. 00123) und scrollen ▼, um das Euterviertel auszuwählen ENTER
- Bei HiSCC wiederholen Sie diesen Schritt für Probe 2.

4.b (wenn WebStart gewählt wurde):

- Gehen Sie zum Starten des Tests nun auf vetoquinol.mastatestsystem.com und starten Sie den Test entsprechend des ausgewählten Testplatzes (1,2,3 oder 4)

4.c (wenn QuickCM oder QuickSCC gewählt wurde):

- Geben Sie die Testdetails innerhalb von 21 h unter vetoquinol.mastatestsystem.com ein

NÄCHSTE SCHRITTE:

- Countdown-Timer zeigt die verbleibende Testzeit an
- Ergebnisse: automatische E-Mail innerhalb 24 h
- Weitere Tests können unabhängig voneinander gestartet werden

Für mehr Informationen in Ihrer Sprache DE/EN/FR/NL/IT/PL/PT/SP gehen Sie auf vetoquinol-mastatest.com/how-to-use oder scannen Sie den QR-Code.

Mastatest-Anleitung-Hohe-Zellzahl-HiSCC-DE-A4-artweg.de-05/24-L05